

会 議 記 録 (要旨)

会議名称	令和2年度第2回杉並区胃内視鏡検査による胃がん検診精度管理審議会		
開催方法	書面開催		
日時	照会日	令和2年	9月30日(水)
	回答締切日	令和2年	10月8日(木)
	再照会日	令和2年	10月13日(火)
	再回答締切日	令和2年	10月20日(火)
	議事終了	令和2年	10月20日(火)
参加者	委員名	入口会長、一瀬委員、中山委員、濱島委員、阿部委員、八木委員	
	事務局	杉並保健所長、健診担当課長、健診係長	
会議次第	<p>1 議題</p> <p>(1)胃がん検診(胃内視鏡検査)における機能水による洗浄・消毒について</p> <p>(2)胃がん検診精密検査依頼書兼結果報告書の様式及び委託料の見直しについて</p> <p>2 報告</p> <p>(1)令和2年度杉並区胃がん検診(胃内視鏡検査)実施機関の実施体制及び実施状況について</p>		

会議要旨

1 議題

(1)胃がん検診(胃内視鏡検査)における機能水による洗浄・消毒について

① 胃がん検診(胃内視鏡検査)における機能水による洗浄・消毒実施基準

胃がん検診(胃内視鏡検査)における機能水による洗浄・消毒は、本実施基準を遵守し、実施するものとする。

② 胃内視鏡検査実施機関精度管理登録票

機能水を使用する内視鏡検査実施機関への実施意向調査を実施し、実施を希望する医療機関から「胃内視鏡検査実施機関精度管理登録票」の提出を求め、書類審査を行う。

③ 胃がん検診(胃内視鏡検査)における機能水による洗浄・消毒実施のためのチェックリスト

機能水による洗浄・消毒を実施している医療機関に立ち入り調査を実施し、チェックリストにより実施基準を満たしているか確認し、検診実施機関としての可否を判定する。

○ 令和3年度から準備を進め、令和4年度から実施可能な医療機関から開始する。

ア 機能水を使用する医療機関への実施意向調査

調査対象の医療機関は、18医療機関程度を見込む

イ 「胃内視鏡検査実施機関精度管理登録票」による書類審査

ウ 検査医を除くメディカルスタッフ向けの精度管理研修会実施・認定

エ 内視鏡器具の消毒評価を実施

オ チェックリストによる実施体制の確認・認定

(2)胃がん検診精密検査依頼書兼結果報告書の様式及び委託料の見直しについて

① 胃がん検診精密検査依頼書兼結果報告書の改訂

令和3年度より、東京都が作成した、胃がん検診の精密検査依頼書兼結果報告書の様式を使用する。

② 胃がん検診精密検査依頼料及び精密検査結果報告料の改定

がん検診精密検査依頼料及び精密検査結果報告料については、提案通りとする。なお、医師会員等へは、丁寧な説明を行うこととする。

2 報告

(1)令和2年度杉並区胃がん検診(胃内視鏡検査)実施機関の実施体制及び実施状況について医療機関及び使用する消毒薬等を確認した。