

会 議 記 録 (要旨)

会議名称	令和4年度第2回杉並区胃内視鏡検査による胃がん検診精度管理審議会	
開催方法	書面開催	
日時	照会日	令和4年9月9日(金)
	回答締切日	令和4年9月20日(火)
	再照会日	令和4年9月22日(木)
	再回答締切日	令和4年9月30日(金)
	議事終了	令和4年9月30日(金)
参加者	委員名	入口会長、一瀬委員、中山委員、阿部委員、川瀬委員
	事務局	杉並保健所長、健診担当課長、健診係長
会議次第	<p>1 議題</p> <p>(1) 令和4年度第1回杉並区胃内視鏡検査による胃がん検診精度管理審議会の論点整理について</p> <p>① 令和4年度杉並区胃がん検診(胃内視鏡検査)の実施希望医療機関の実施体制について(追加報告)</p> <p>② がん検診精密検査結果の追跡調査のスケジュール等について</p> <p>(2) 区胃がん検診(胃内視鏡検査)の内視鏡洗浄における機能水の取り扱いについて</p> <p>(3) 杉並区における仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目に係る未実施理由等について</p>	

会議要旨

1 議題

(1) 令和4年度第1回杉並区胃内視鏡検査による胃がん検診精度管理審議会の論点整理について

① 令和4年度杉並区胃がん検診(胃内視鏡検査)の実施希望医療機関の実施体制について(追加報告)

「令和4年度杉並区胃がん検診(胃内視鏡検査)の実施希望医療機関の実施体制一覧」(追加報告)のとおり実施するものとする。

② がん検診精密検査結果の追跡調査のスケジュール等について
確認したスケジュールで継続して実施する。

(2) 区胃がん検診(胃内視鏡検査)の内視鏡洗浄における機能水の取り扱いについて

区胃がん検診(胃内視鏡検査)の内視鏡洗浄における機能水の機能水の導入については、国等から対策型検診において機能水の使用が適切であるという、新たな知見が示されるまで、当面の間、実施を見合わせるものとする。

なお、区胃がん検診(胃内視鏡検査)における検診実施機関については、高水準消毒薬を使用している区内医療機関を調査し、受託医療機関の拡大に向けて取り組むこととする。

(3) 杉並区における仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目に係る未実施理由等について

がん検診受診者への結果の通知・説明は、がん検診実施マニュアルに4週間以内と明記する方向で区と杉並区医師会で協議する。